




LOMBOGIB®
DOUBLE ACTION

6667/6658/6667/6666

MISE EN PLACE
SET UP AND OPERATION
COME SI INDOSSA
ANLEGEN
PLACERING
PLASSERING
PÅSÆTNING
PAIKALLEEN ASETTAMINEN
ZAKŁADANIE



FR | Notice d'utilisation

EN | Instructions for Use

IT | Istruzioni per l'uso

DE | Gebrauchsanweisung

SV | Bruksanvisning

NO | Bruksanvisning

DA | Brugsanvisning

FI | Käyttöohjeet

PL | Instrukcja użytkowania

FR

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

PERFORMANCE

Le dispositif offre une restriction de mouvement de la colonne lombaire. Le dispositif réduit les contraintes sur les lombaires lors des mouvements de flexion et d'extension.

CONTRE-INDICATION

Le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre-indiquée.

AVERTISSEMENT •
PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les patients souffrant de faiblesse du plancher pelvien doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'orthèse. L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée. Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques. Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical. Cette orthèse est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette orthèse, retirer le dispositif et contacter votre médecin. Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné. Le sevrage devra être progressif avec association éventuelle de rééducation fonctionnelle.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

Le dispositif est une ceinture de soutien lombaire élastique et comportant quatre baleines dorsales disposées en forme de V.

Les passe-doigts ergonomiques facilitent la mise en place. Double serrage : les larges doubles sangles servent à adapter le serrage en fonction de l'activité et de la douleur.

MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors de l'essayage, l'applicateur devra conformer le baleinage en V de l'orthèse pour l'adapter à votre morphologie.

- La ceinture sera portée sur un sous-vêtement ou un vêtement léger.

- 1) Positionner le bas de la ceinture sur le haut du sillon inter-fessier
- 2) Centrer le baleinage dorsal de part et d'autre de la colonne vertébrale. Le logo Gibaud doit se trouver sur le côté droit.
- 3) Adapter le serrage en fonction de l'intensité douloureuse et de l'activité pour obtenir un serrage ferme mais confortable.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET
ELIMINATION

Conserver l'orthèse à l'abri d'une source de chaleur excessive (radiateur, sèche-linge...) ; laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec. Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Le dispositif existe en deux hauteurs : 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658). Taille à choisir en fonction de la circonférence de la taille (en cm), mesurée 2 cm au-dessus des crêtes iliaques (en cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

EN

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

If you have any doubts regarding the applications and use of this medical device, do not hesitate to ask your doctor and / or fitter, pharmacist, orthotist, or orthopedic consultant for advice.

INDICATIONS

Lower back conditions that may benefit from gross motion restriction, such as:

- Muscular low back pain (lumbago).
- Sciatica.
- Lumbosacral strains.
- Chronic low back pain.

PERFORMANCE

The device provides lumbar spine gross motion restriction. The device reduces stress on the low back in flexion and extension.

CONTRAINDICATION

The devices must not be used by individuals for whom compression is contraindicated.

WARNING • PRECAUTION OF USE

Patients suffering from pelvic floor weakness should consult with their medical professional before using the orthosis.

The orthosis must not be used in direct contact with a damaged skin

This product contains Naturel Rubber Latex which may cause allergic reactions.

Do not wear for extended periods without medical follow-up

The orthosis is a single patient use device. Do not use for multiple patients.

If any problems occur with the use of the orthosis, e.g. pain or appearance of local signs, remove the orthosis and contact your healthcare professional

The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. Gradual withdrawal possibly combined with functional physiotherapy.

FEATURES AND BENEFITS

The device is a lumbar stretchable belt featuring four V-shaped posterior stays.

Ergonomic finger loops facilitate installation.

Double tightening: the large double straps are used to adapt the tightening according to activity and pain.

SET UP AND OPERATION

The first trial should be carried out by a qualified expert to understand the correct fitting and how to put the device on properly. Subsequently, the product should be put on the patient in the same way by the user, a family member or a friend.

During testing, the fitter must shape the V-shaped ribs of the brace to adjust it to your form.

- Wear over an undergarment or light clothing,

1) Position the bottom part of the belt at the top of the gluteal cleft.

2) Center the dorsal ribs on either side of the spine. The Gibaud logo must be on the right side; the ribs form a V on either side of the lumbar column.

3) The belt must be closed by stretching the two sides symmetrically using the finger holes.

CARE INSTRUCTION, MAINTENANCE AND
DISPOSAL

Store the brace away from sources of extreme heat (including radiators and tumble dryers). Hand wash in warm soapy water (maximum 40 °C), rinse thoroughly. Wring out gently; do not bleach; dry flat, do not tumble dry; do not iron; do not dry clean.

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.



MEASUREMENT AND SIZE CHART

The device is available in two heights: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658). The size is to choose in accordance with the waist circumference, measured 2 cm above the iliac crests (in cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

IT

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Per qualsiasi dubbio sull'applicazione e sull'utilizzo di questo dispositivo medicale, chiedere consiglio al proprio medico curante e/o all'ortopedico/tecnico ortopedico, farmacista o consulente ortopedico.

INDICAZIONI

Per le affezioni dei lombari che possono beneficiare di una limitazione di movimento, in particolare nei seguenti casi:

- Dolori muscolari lombari (Lombalgia).
- Sciatica.
- Lesioni lombosacrali.
- Dolori lombari cronici.

FUNZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo offre una limitazione di movimento della colonna lombare. Il dispositivo riduce le limitazioni sui lombari al momento del movimento di flessione ed estensione.

CONTROINDICAZIONI

Il dispositivo non deve essere utilizzato da soggetti per cui è controindicata la compressione.

AVVERTENZA • PRECAUZIONI D'USO

I pazienti che soffrono di debolezza del piano pelvico devono consultare il proprio medico curante prima di utilizzare l'ortesi.

L'ortesi non deve essere posizionata a diretto contatto con eventuale cute lesionata.

Il dispositivo contiene lattice di caucciù naturale che può causare reazioni allergiche.

Non indossare per periodi prolungati senza prescrizione medica.

Questa ortesi è un dispositivo da utilizzare su un unico paziente. Non riutilizzare su più pazienti.

Per eventuali problemi durante l'utilizzo di questa ortesi, rimuovere il dispositivo e contattare il proprio medico curante. In caso eventuali incidenti gravi correlati al dispositivo, il professionista sanitario e/o il paziente deve segnalarlo al produttore e all'autorità competente nel paese interessato.

Abbandonare l'uso dell'ortesi in modo progressivo, eventualmente abbinando una riabilitazione funzionale.

PRESA DELLE MISURE E TABELLA DELLE TAGLIE

Il dispositivo è disponibile in due altezze: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658). La taglia dell'ortesi deve essere scelta in base alla circonferenza della vita, misurata 2 cm al di sopra delle creste iliache (in cm)

	0	1	2	3	4	5
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-125 cm	125-140 cm

DE

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Wenden Sie sich bei Zweifeln in Bezug auf die Anwendung und den Gebrauch dieses medizinischen Geräts an Ihren Arzt und/oder Orthopäden/Ortho-pädietechniker, Apotheker oder ortho-pädischen Berater.


INDIKATIONEN:
Bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich, für die eine Ruhigstellung in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:
• Lendenmuskelschmerzen (Lumbago).
• Ischialgie.
• Lumbosakrale Läsionen.
• Chronische Rückenschmerzen.

LEISTUNGSMERKMALE
Das Gerät ermöglicht eine Ruhigstellung der Lendenwirbelsäule.
Das Gerät reduziert die Belastung der Lendenwirbel bei Beuge- und Streckbewegungen.


KONTRAINDIKATIONEN
Das Gerät darf nicht bei Personen verwendet werden, bei denen eine Kompression kontraindiziert ist.

VORSICHTSMASSNAHME • SICHERHEITSHINWEISE
Patienten mit einer Beckenbodenschwäche müssen vor der Verwendung der Orthese ihren Arzt konsultieren. Die Orthese darf verletzte Haut nicht unmittelbar berühren.
Das Gerät enthält natürlichen Kautschuklatex, der allergische Reaktionen auslösen kann.
Ohne medizinische Betreuung nicht über längere Zeiträume tragen.
Diese Orthese ist der Verwendung für einen einzelnen Patienten vorbehalten. Nicht bei anderen Patienten wieder- verwenden.
Sollte bei der Verwendung dieser Orthese das geringste Probleme auftreten, entfernen Sie das Gerät und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Der Gurt verfügt ebenfalls ein über abnehmbares Rückenteil mit vier Verstärkungsstäben zur Unterstützung des Lendenbereichs.

PFLEGEHINWEISE UND PFLEGE
Die Orthese nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, Wäschetrockner, ...) aufbewahren; Handwäsche in warmer Seifenlauge (maximal 40 °C); gründlich ausspülen; sanft auswringen; nicht bleichen; flach liegend, nicht im Wäschetrockner trocknen; nicht bügeln; nicht chemisch reinigen.
Entsorgen Sie die Orthese und ihre Verpackung gemäß den örtlichen oder nationalen Umweltvorschriften.



PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES
Das Gerät ist in zwei Höhen erhältlich: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658)
Die Größe der Orthese muss entsprechend dem Taillenumfang, der 2 cm über den Beckenkämmen (in cm) gemessen wird, gewählt werden.



SV

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Om det råder minsta tvivel om hur man ska bära eller använda denna medicintekniska produkt ta genast kontakt med läkare och/eller ortosspecialist/ ortoped, apotekare eller ortopedisk rådgivare.

INDIKATIONER
För besvär i ländryggen med behov av begränsning av rörelserna, i synnerhet i följande fall:
• Muskelsmärter i ländryggen (lumbago).
• Ischias.
• Skador i länd- och/eller korsrygg
• Kroniska ländryggssmärter.

UTFÖRANDE
Den medicintekniska enheten begränsar rörelserna i ländrygggraden. Enheten reducerar påfrestning på ländryggen då man böjer eller sträcker på ryggen.


KONTRAINDIKATIONER
Enheten får inte användas av personer för vilka kompression är kontraindicerad.

VARNING • ANVÄNDNINGSRÅD
Patienter med svagt bäckenbotten måste konsultera en läkare innan de använder ortosen.
Ortosen får inte placeras i direktkontakt med skadad hud.
Enheten innehåller naturgummilåtex som kan orsaka allergiska reaktioner. Bär den inte under längre perioder utan medicinsk uppföljning.
Denna ortos får endast användas av en patient. Återanvänd inte på flera patienter.
Om minsta problem uppstår när du använder denna ortos, avlägsna enheten och kontakta din läkare.
Om en allvarig händelse inträffar som är kopplad till enheten måste sjukvårdspersonalen och/eller patienten signalera detta till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i det aktuella landet.

UNDERHÅLL, FÖRVARING OCH KASSERING
Förvara ortosen i skydd från extrema värmeällor (element, torktumlare...); Tvätta för hand med ljummet vatten och tvål (max. 40 °C) , skölj noggrant, vrid ur försiktigt, blek ej, låt torka i plant läge, torka inte i maskin, stryk ej, kemtvätta ej.
Kassera enheten och dess förpackning i enlighet med lokala eller nationella miljöföreskrifter.



MÄTNING OCH STORLEKSTABELL
Enheten finns i två höjder: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658)
Ortosen storlek väljs beroende på midjans omkrets, mät 2 cm ovanför höftbenskammen (i cm)



NO

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Hvis du er i tvil om hvordan du setter på og bruker dette medisinske utstyret, kan du be legen og/eller ortopedteknikeren, apotekeren eller en ortopedisk rådgiver.

INDIKASJONER
For korsryggproblemer som kan ha nytte av en begrensning av bevegelsen, særlig i følgende tilfeller:
• Muskelsmerter i korsryggen (lumbago).
• Isjias.
• Lumbosakrale skader.
• Kroniske korsryggsmerter.

YTELSE
Dette utstyret begrenser korsryggsøylens bevegelse.
Utstyret reduserer belastningen i korsryggen ved fleksjon og ekstensjon.


KONTRAINDIKASJON
Utstyret skal ikke brukes av personer som frarådes kompresjon.

ADVARSEL • FORHOLDSREGLER VED BRUK
Pasienter som lider av svakhet i bekkenbunnen, må rådføres seg med lege før de tar i bruk ortosen.
Ortosen skal ikke plasseres i direkte berøring med sårflater.
Utstyret inneholder lateks fra naturlig gummi som kan gi allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes over lengre perioder uten legetilsyn.
Denne ortosen er et utstyr som kun skal brukes på én pasient. Den skal ikke brukes igjen på andre pasienter.
Hvis det oppstår problemer i løpet av bruken av denne ortosen, fjern utstyret og kontakt lege.

VEDLIKEHOLD, OPPBEVARING OG KASSERING
Oppbevar ortosen på avstand fra sterke varmekilder (panelovn, tørketrommel, osv.).
Vaskes med lunkent såpevann (maks. 40 °C); skyld med rikelig vann; vri forsiktig; må ikke blekes; tørkes liggende, skal ikke tørkes i tørketrommel; må ikke strykes; må ikke tørrenses.
Hvis det oppstår alvorlige hendelser i tilknytning til utstyret, skal helsepersonellet og/eller pasienten melde fra om dette til produsenten og til landets kompetente myndighet. Bruken av støttebeltet kan avsluttes gradvis eventuelt sammen med funksjonell trening.



MÅLTAKING OG STØRRELSESTABELL
Utstyret finnes i to høyder: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658)
Ortosen størrelse skal velges i forhold til midjemålet målt 2 cm over hoftekammen på tarmbenet (i cm)



DA

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Hvis du er det mindste i tvivl om anvendelsen og brugen af denne medicinske anordning, så spørg endelig din læge og/eller ortopæd, apoteker eller ortopædiske rådgiver til råds.

INDIKATIONER
Til lumbale lidelser hvor bevægelsesbegrænsning er velgørende, især i følgende tilfælde:
• Smerte i lændemuskel (lumbago).
• Iskias.
• Lumbale-sakrale kvæstelse.
• Kroniske lændesmerter.

PÅSÆTNING
Prøvning er nødvendig for en korrekt tilpasning og god forståelse af korrekt anbringelse.
Første gang skal den sættes på af en uddannet person inden for sundhedspleje og siden af brugeren selv eller en person i patientens nære kreds ifølge den samme fremgangsmåde.
Under prøvningen skal hjælperen tilpasse ortosens V-formede forstærkninger efter din kropsbygning.
-Bæltet skal bæres uden på undertøj eller til beklædning.
1) Placer den nederste del af bæltet ovenfor balderne.
2) Center rygforstærkningerne på hver side af rygsøjlen. Gibaud-logoet skal være i højre side.
3) Tilpas stramningen i forhold til smertens intensitet og aktiviteten, så der opnås en fast men behagelig stramning.


KONTRA-INDIKATION
Anordningen må ikke anvendes hos personer for hvem sammenpresning er kontraindikeret.

ADVARSEL • FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUG
Patienter, der lider af svaghed i bækkenbunden, skal rådføres sig med deres læge før brug af ortosen.
Ortosen må ikke placeres i direkte kontakt med beskadiget hud.
Anordningen indeholder naturlig gummilåtex, som kan fremkalde allergiske reaktioner.
Må ikke anvendes i længere tid uden lægeligt tilsyn.
Denne ortose er en anordning til brug på kun én og samme patient. Må ikke genbruges på flere patienter.
Hvis der opstår mindre problemer under brug af denne ortose, skal du tage den af og kontakte din læge.

VEDLIGEHOLDELSE, OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE
Ortosen skal opbevares borte fra stærke varmekilder (radiator, tørretumbler etc.);
Vaskes i hånden i lunkent sæbevand (maksimalt 40 °C); skylles i rigeligt vand; vrides forsigtigt; tåler ikke blegning; skal ligge tørre, tåler ikke tørretumbler; tåler ikke strygning; tåler ikke kemisk rensning.
Bortskaf anordningen og dens emballage i henhold til de lokale og nationale miljøbestemmelser.



MÅLTAGNING OG STØRRELSESKEMA
Anordningen findes i to højder: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658)
Ortosen størrelse skal vælges ud fra taljemålet, målt 2 cm oven over hoftekanten (i cm)



FI

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Mikäli olet epävarma tämän terveydenhuollon laitteen käyttötarkoituksista ja käytöstä, älä epäröi kysyä neuvoa omalta lääkäriltä ja/tai ortopediltä, proteesihoitajalta, proviisorilta tai ortopedia-alan terveydenhoitajalta.

KÄYTTÖAIHEET
Alaselän vaivoihin, joiden yhteydessä liikkuvuuden rajoittamisesta voi olla hyötyä, erityisesti seuraavissa tapauksissa:
• Alaselän lihaskivut (noidannuoli).
• Iskias.
• Lanne-ristirankavammat.
• Krooniset alaselän kivut.


PAIKALLEEN ASETTAMINEN
Oikean mukautuksen ja paikalleen asettamisen oikean ymmärtämisen vuoksi sovittaminen on pakollista. Ensimmäisestä paikalleen asettamisesta huolehtii terveydenhuollon ammattilainen, sen jälkeen käyttäjä itse tai hänen läheisensä noudattaa samaa käytäntöä.
Sovituksen aikana asettajan on muotoiltava ortoosin V:n muotoiset tuet oman vartalosi muotojen mukaisiksi.
- Vyö puetaan alusvaatteen tai kevyen vaatetuksen päälle
1) Aseta vyön alaosa pakaravaon yläpuolelle
2) Keskitä selkätuet selkärangan kummallekin puolelle. Gibaud-logon on oltava oikealla puolella.
3) Mukauta kiristystä kivun voimakkuuden ja toiminnan mukaan, jotta kiristys on varma mutta miellyttävä.

VAIKUTUS
Laitte rajoittaa lannerangan liikettä. Laitte vähentää alaselkään kohdistuvia rasituksia fleksio- ja ekstensioliikkeiden aikana.
VASTA-AIHE
Laitetta ei saa käyttää henkilöillä, joilla kompressio on vasta-aiheinen.

VAROITUS • KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET
Potilaiden, joiden lantionpohja on heikko, on kysyttävä lääkäriltään neuvoa ennen ortoosin käyttöä.
Ortoosia ei saa asettaa suoraan kosketukseen vaurioituneen ihon kanssa.
Laitte sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Ei saa käyttää pitkiä aikoja ilman lääketieteellistä seurantaa.
Tämä ortoosi on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Sitä ei saa käyttää useilla potilailla.
Mikäli ortoosin käytön aikana ilmenee pienikin ongelma, poista laite ja ota yhteyttä omaan lääkäriin.
Häviötä laite ja sen pakkaus paikallisen tai valtakunnallisen ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla.



MITTAAMINEN JA KOKOTAUUKKO
Laitetta on saatavana kahden korkuisena: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658)
Ortoosin koko on valittava 2 cm istuinkynhymjen yläpuolelta mitatun vyötärön ympäryksen mukaan (cm)



PL

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania i użycia tego wyrobu medycznego, należy zasięgnąć porady lekarza i/lub ortopedy-specjalisty od ortez, farmaceuty lub doradcy ortopedycznego.

WSKAZANIA
W przypadku schorzeń okolicy lędźwiowej, które mogą powodować ograniczenie ruchu, takich jak:
• Bóle w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (Lumbago).
• Rwa kulszowa.
• Zmiany w okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
• Przewlekłe bóle w odcinku lędźwiowym.

WYTRYMAŁOŚĆ
Orteza zapewnia ograniczenie ruchu kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Zmniejsza nacisk na kręgi lędźwiowe podczas ruchów zginających i prostujących.

PRZECIWSKAZANIE:
Ortezy nie należy używać u osób z przeciwwskazaniem do kompresji.

OSTRZEŻENIE • ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Pacjenci ze słabym dnem miednicy powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem ortez.
Orteza nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z uszkodzoną skórą.
Zawarty w niej naturalny lateks kauczukowy może powodować reakcje alergiczne.
Nie nosić przez dłuższy czas bez nadzoru medycznego.
Orteza jest wyrobem przeznaczonym do stosowania przez jednego pacjenta.
Nie używać ponownie u innych pacjentów.

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I USUWANIE
Przechowywać ortezę z dala od nadmiernej ciepła (grzejnik, suszarka itd.); prać ręcznie w ciepłej wodzie z mydłem (maksymalnie 40°C); dokładnie spłukać; wykręcać delikatnie; nie wybielać; suszyć na płasko, nie suszyć w suszarce bębnowej; nie prasować; nie czyścić chemicznie.
Usuwać wyrób wraz z opakowaniem zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES
Wyrób dostępny jest w dwóch wysokościach: 21 cm (6666/6667) & 26 cm (6567/6658).
Rozmiar ortezy należy dobrać na podstawie obwodu w pasie, zmierzzonego 2 cm powyżej grzebienia biodrowego (w cm)

